

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
1 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001407	OOSIT ASPIRASYON MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 26978	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

Oosit Aspirasyon Medyumu

- 1- Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalı.
 - 2- Bikarbonat ve HEPES tamponlu medyum olmalı.
 - 3- Phenol red içermemeli.
 - 4- Protein içermemeli.
 - 5- EDTA ve calcium chloride içermeli.
 - 6- Glukoz ve magnezyum sülfat içermeli.
 - 7- Heparin ve Gentamisin içermeli.
 - 8- "125 ml'lik şişelerde olmalı.Şişeler ısı,işığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
 - 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
 - 10- Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.
 - 11- 37°C ve %5 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı.
 - 12- pH:7,35 +/- 0,1; osmolalite 285 +/- 5 olmalı.
 - 13- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
 - 14- Bakteriye endotoksin < 0,25 EU/ml.
 - 15- Tek hücre fare embriyosu testinden %80 ve üzeri geçmiş olmalı.
 - 16- HSA içermemeli ve LAL testi yapılmış olmalıdır.
- İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
 18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
 19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
 20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
 21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
2 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001409	DIS ORTAM GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 3840	khd ad. tüp bebek merk lab.	Düzenleme Tarihi : 06/04/2010

Şartname Metni :

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalı.
2. Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalı.
3. HEPES ya da MOPS tamponlu olmalı.
4. Heparin içermemeli, ancak ilave edilmeye uygun olmalıdır.
5. Gentamisin içermeli.
6. Albümin kaynağı içermeli.
7. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
8. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalı.
9. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalı.
10. pH:7,3-7,5; osmolarite 265-295 aralığında olmalıdır.
11. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
12. Bakteriyel endotoksin < 0,4 EU/ml.
13. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
14. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
15. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
16. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
19. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
21. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	khd ad. tüp bebek merk lab.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.C.CENGİZ	
TARİH VE İMZA	05/04/2010	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
3 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001412	FERTİLİZASYON MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 26976	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

Fertilizasyon Medyumu

Döllenmeye uygun olmalı, aynı zamanda sperm hazırlama işleminde kullanılabilir olmalı.

Bikarbonat tamponlu olmalı.

Hyaluronan içermeli.

Phenol red içermemeli.

EDTA içermemeli.

Fruktoz içermeli.

Gentamisin içermeli.

"60 ml'lik şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."

Albümin kaynağı içermeli.

Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.

Raf ömrü üretimden itibaren 12 hafta olmalı.

37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.

PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalı.

Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.

Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml.

Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.

Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
4 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001414	EMBRIYO BIYOPSİ MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	27001	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

1. Blastomer biyopsisinde kullanılmaya uygun olmalı.
2. Bikarbonat veya MOPS tamponlu olmalıdır.
3. Ürün hemen ya da HSA eklemesi sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
4. Gentamisin içermeli.
5. Phenol red içermemeli.
6. Kalsiyum ve Magnezyum içermemeli.
7. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
8. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalıdır.
9. 37°C ve ortam atmosferinde ön inkübasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
10. Osmolarite 270-295 aralığında olmalıdır.
11. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
12. Bakteriyel endotoksin < 0,4 EU/ml olmalı.
13. Bir hücre fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
14. pH aralığı 7.3 - 7.5 olmalıdır.
15. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
16. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
17. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
18. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
19. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
5 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001416	SPERM İMMOBİLİZASYON MEDYUMU 0.2 ML X5/KUTU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	26980	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

Sperm İmmobilizasyon Medyumu

- 1- Mikroenjeksiyon sırasında sperm yakalamaya uygun olmalı.
- 2- Sperm hareketini yavaşlatmalı ve immobilizasyonu kolaylaştırmalı.
- 3- PVP içermeli.
- 4- HEPES içermemeli.
- 5- EDTA içermeli.
- 6- Glukoz içermeli.
- 7- Rekombinant Albümin içermeli.
- 8- Antibiyotik içermemeli.
9. 100 mikrolitrelik şişelerde olmalıdır.
- 9- Oldukça visköz olmalı.
- 10- Oda ısısında dengelendikten sonra kullanıma hazır olmalı.
- 11- Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.
- 12- -20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalı.
- 13- 0,1 ml Şişelerde 5'er adet olarak ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda paketlenmiş olmalı.
- 14- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 15- Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
6 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001792	HIZLI EMBRIYO DONDURMA SETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 26957	KHD.AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 29/11/2012

Şartname Metni :

- 1- Blastokist dondurulmasına uygun olmalı.
- 2- Kriyoprotektanı etilen glikol, propandiol, fikor olmalı.
- 3- Oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmaya hazır olmalı.
- 4- Albümin kaynağı içermeli.
- 5- Hyaluronan içermeli.
- 6- MOPS tamponlu olmalı.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Farklı içeriklerde 10 ml'lik 4'lü Şişeler halinde ısı ve ışığın nüfuzunu engelleyecek şekilde paketlenmiş olmalı.
- 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 10- Raf ömrü üretimden itibaren 18 hafta olmalı.
- 11- PH:7,25 +/- 0,1 olmalı.
- 12- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 13- Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
- 14- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD.AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	29.11.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
7 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001418	HIZLI EMBRIYO COZDURME SETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 26958	KHD.TÜP BEBEK ÜNİTESİ	Düzenleme Tarihi : 29/11/2012

Şartname Metni :

- 1- Blastokist çözündürülmesine uygun olmalı.
- 2- Oda ısısında bekletildikten sonra kullanılmaya hazır olmalı.
- 3- Albümin kaynağı içermeli.
- 4- Hyaluronan içermeli.
- 5- MOPS tamponlu olmalı.
- 6- Phenol Red içermemeli.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Farklı içeriklerde 10 ml'lik 3'lü Şişeler halinde olmalı.
- 9- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 10- Raf ömrü üretimden itibaren 25 hafta olmalı.
- 11- PH:7,30 +/- 0,1 olmalı.
- 12- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 13- Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
- 14- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD.TÜP BEBEK ÜNİTESİ	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	29.11.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
8 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001793	EMBRIYO CRYOLOOP	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	27911	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 02/01/2013

Şartname Metni :

1. Ürün embriyo ve blastosist dondurulması amacı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürünün embriyo yüklemesi için loop şeklinde uc kısmı olmalıdır.
3. Ürün vidalı kapak olmalı, miknatıslı bir cubuk sayesinde sıvı nitrojenle teması sağlanmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün CE belgesi ve UBB kaydı olmalıdır.
5. Ürün tek hücre fare embriyosu testinden geçmiş olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	02.01.2013	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ŸLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
9 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001420	SPERM DONDURMA SETİ 5 ML	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	26997	khd ad tüp bebek merk lab
		Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

1. İnsan spermlerinin dondurularak uzun süre korunmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. MESA ve TESA örneklerinde kullanılmalıdır.
2. Gliserol içermelidir.
3. Antibiyotik olarak Gentamisin içermelidir.
4. WFI derece su ile formüle edilmiş olmalıdır.
5. pH 7.0-7.4 aralığında olmalıdır.
6. Endotoksin seviyesi 0,4 EU/ml olmalıdır.
7. Raf ömrü üretimden sonra en az 6 hafta olmalıdır.
8. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
9. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
10. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
11. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
13. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
15. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	khd ad tüp bebek merk lab	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-ŞK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĐİ**

Dok.Kodu : FR-ÝLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
10 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001410	ERKEN DONEM EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	26995	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

Bölünme Evresi Embriyo Kültür Medyumu

- 1- Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalı.
- 2- Bikarbonat tamponlu olmalı.
- 3- Hyaluronan içermeli.
- 4- EDTA içermeli.
- 5- HEPES içermemeli.
- 6- Lipoik asit içermelidir.
- 7- Gentamisin içermeli.
- 8- Sodyum sitrat içermemeli.
- 9- Phenol red içermemeli.
- 10- 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
- 11- "30 ml'lik Şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
- 12- Albümin kaynağı içermeli.
- 13- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 14- Üretimden sonra 14 haftalık raf ömrü olmalı.
- 15- pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalı.
- 16- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 17- Bakteriyel endotoksin < 0,25 EU/ml olmalı.
- 18- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
19. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
20. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
21. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
22. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
23. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
24. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**Ü-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

11 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001411	GEC DONEM EMBRIYO KULTUR MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	26996	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	Düzenleme Tarihi : 03/12/2012

Şartname Metni :

Blastokist Kültür Medyumu

- 1- 6-8 hücreden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalı.
- 2- Bikarbonat tamponlu olmalı.
- 3- Hyaluronan içermeli.
- 4- HEPES içermemeli.
- 5- Lipoik asit içermeli.
- 6- Gentamisin içermeli.
- 7- Phenol red içermemeli.
- 8- Sodyum sitrat içermeli.
- 9- 37°C ve %6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalı.
- 10- "30 ml' lik Şişelerde olmalı.Şişeler ısı,ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalı."
- 11- Albümin kaynağı içermeli.
- 12- Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.
- 13- Üretimden sonra 12 haftalık raf ömrü olmalı.
- 14- pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 263 +/- 5 olmalı.
- 15- Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.
- 16- Bakteriye endotoksin < 0,25 EU/ml olmalı.
- 17- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.
18. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
19. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
20. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
21. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
22. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedan imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
23. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD.TÜP BEBEK MERKEZ LAB.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	03.12.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
12 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002048	ERİTROSİT SPERM AYRISTIRMA MEDYUMU	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	27912	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LABORATUARI	Düzenleme Tarihi : 02/01/2013

Şartname Metni :**ERİTROSİT-SPERM AYRIŞTIRMA SOLÜSYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün, testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) işlemi sonrası mikroskop altında spermatojenik hücrelerin, eritrositler yıkıldıktan sonra, ayırt edilmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün filtrasyon yöntemiyle steril edilmiş olup cam şişelerde sunulmalıdır.
3. Ürün CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Şişeler flakon tıpa şeklinde kapatılmış olmalı, gerekli miktar enjektör yardımıyla alınıp kullanılabilir.
5. Ürünün üretim tarihinden itibaren en az 6 aylık raf ömrü olmalıdır.
6. Depolama şekli 2-8 derece olmalıdır.
7. Ürün spermatozoon metabolizmasını desteklemek amacıyla fruktoz içermelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD AD. TÜP BEBEK MERKEZ LABORATUARI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ. DR. BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	02.01.2013	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
13 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002315	OOSIT KUMULUS HUCRE TEMİZLEME ENZİMİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	28665	KHD.TÜP BEBEK MRK.	Düzenleme Tarihi : 22/01/2013

Şartname Metni :

- 1- Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositten kumulus ve korona hücrelerinin temizlenmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Fizyolojik tuz tamponlu olmalı
3. Gentamisin veya Penisilin G içermelidir.
4. HSA içermeli
5. Phenol red içermemeli
6. Hyaluronidaz enzimi içermeli
7. Gamet kültür solüsyonu ile dilüe edilerek kullanılabilir olmalı.
8. 0,1ml'lik flakonlar halinde olmalıdır.
9. 37°C ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı
10. Raf ömrü üretimden itibaren en az 6 hafta olmalı .-20°C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 °C 'de saklanmalıdır. -20 derecede dondurularak raf ömrü 6 aya kadar uzatılabilir.
11. osmolalite 290 +/- 5 olmalı.
12. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı
13. Bakteriyel endotoxin < 0,5 EU/ml.
14. pH aralığı 7.2 - 7.5 olmalıdır
15. 100 mikrolitrelik şişelerde olmalıdır.
16. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
17. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
18. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
19. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
20. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
21. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
23. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD.TÜP BEBEK MRK.	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	DOÇ.DR.BERRİN AVCI	
TARİH VE İMZA	22/01/2013	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
14 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001419	MEDYUM KAPLAMA YAĞI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35369	KHD Anabilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 03/02/2014

Şartname Metni :

Medyum Kaplama Yağı

IVF ve mikromanipülasyon prosedürlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalı.

Steril, hafif parafin yağı olmalı.

Uygun vizkozitede olmalı.

İnsanlarda medikal kullanım için en yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalı.

Steril filtre edilmiş olmalı.

Şişeler ısı değişimlerine ve ışığın nüfüzüne engel olan üzerinde üretici firma etiketi olan özel koruyucularda olmalı.

100 ml'lik cam şişelerde olmalı.

Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalı.

Raf ömrü üretimden itibaren 1 yıl olmalı.

37°C ve %6 CO2 ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalı.

Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalı.

Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalı.

Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalı.

Aynı işlemin farklı basamaklarında kullanılan bir ürün olması nedeniyle, laboratuvarında kullanılan kültür medyumunu serisi ile aynı seriden olmalıdır.

İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.

Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	KHD Anabilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Doç. Dr. Berrin AVCI	
TARİH VE İMZA	03/02/2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

15 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000950	HISTAMINE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35386	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
16 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000949	NEGATIF KONTROL	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu 35387	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
17 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000951	D.FARINAE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35388	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
18 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000952	D.PTERONYSINUS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35389	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuđunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduđu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
19 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001351	OTLAR (GRASSES MIX) (CİMEN POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35390	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
20 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000954	MEYVE OTU POLENİ (DACTYLIS GLOMERATA)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35391	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
21 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001355	DELICE OTU (LELIUM PERENNE) (İNGİLİZ CİMİ POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35392	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
22 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001358	ORMAN SALKIMI (PEA PRATENSIS)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35393	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

23 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000957	CYNEDON DACTYLON (DOMUZ AYRIGI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35394	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
24 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000958	TAHİL POLEN KARISIMI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35395	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
25 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000959	SECALE CEREALE (CAVDAR POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35396	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
26 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000960	TRITICUM SATIVUM (BUGDAY POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35397	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
27 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000961	AVENA SATIVA (YULAF POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35398	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Aleri BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canıtez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
28 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001342	AGACLAR (TREES I)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35399	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
29 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001343	AGACLAR (TREES II)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35400	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :**PRİCK ALLERJİ DERİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
30 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000962	3-TREES MIX (AGAC POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35401	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
31 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000964	ALNUS GLUTINOSA (KIZIL AGAC POLEN KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35402	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
32 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000965	BETULA VERUCOSSA (HUS AGACI POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35403	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

33 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001345	FINDIK AGACI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35404	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :**ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
34 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001522	PINUS SILVESTRIS (CAM AGACI POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35405	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
35 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000970	OLEA AVROPEA (ZEYTIN AGACI POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35406	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
36 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000972	FRAXSINUS EXELCIOR (DISBUDAK AGACI POELNI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35407	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
37 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001523	PLATANUS ACERIFOLIA (CINAR AGACI POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35408	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
38 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000971	POPULUS NIGRA (KAVAK AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35409	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
39 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000973	QUERCUS ILEX (MESE AGACI POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35410	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
40 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001078	YABANI OTLAR KARISIMI (HERBS)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35411	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
41 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000976	ARTEMISIA VULGARIS (PELIN OTU POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35412	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
42 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000977	CHENODODIUM ALBUM (KAZAYAGI OTU POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 35413	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
43 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000979	PLANTAGO LANCEOLATA (SINIR OTU POLENİ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35414	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
44 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000978	PARETARIA JUDAICA (YAPISKAN OTU POLENI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 35415	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
45 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000983	ALTERNARIA ALTERNATA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35416	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
46 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000985	ASPERGILLUS FUMIGATUS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35417	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
47 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000984	CLADOSPORIUM HERBARUM	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35418	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
48 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001526	PENICILLIUM	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35419	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
49 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001376	MUCOR RACEMOSUS	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35420	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
50 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001377	CANDIDA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35421	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Y.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
51 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001087	HAMAM BOCEGI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35422	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
52 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001083	KEDI (CAT EPITH)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35423	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
53 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001082	KOPEK (DOG EPITH)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35424	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
54 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000989	LATEX	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35425	Çocuk Alerji BD	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
55 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000990	MILK (INEK SUTU)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35426	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
56 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000991	EGG WHITE (YUMURTA BEYAZI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35427	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
57 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000993	COCOA (KAKAO)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35428	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
58 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001537	WALNUT (CEVİZ)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35429	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
59 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000994	PEANUT (YER FISTIĞI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35430	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
60 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000996	HAZELNUT (FINDIK)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35431	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
61 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000997	STAWBERRY (ÇİLEK)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35432	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITAZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
62 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000998	PEACH (SEFTALI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35433	Çocuk Alerji Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
63 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000999	FISH MIX (BALIK KARISIMI)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35434	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
64 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001536	TOMATO (DOMATES)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 35435	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozaı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlıđından alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliđi için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
65 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001542	SOYA	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35436	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	TARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
66 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001986	DANA ETI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35437	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
67 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001528	MOSQUITO (SIVRISINEK)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 35438	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozajı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
68 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001527	BUDGERIGAR FEATHERS (MUHABBET KUSU)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35439	Çocuk Alerji Bilim Dalı	Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

ALERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji Bilim Dalı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard. Doç. Dr. Yakup CANİTEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
69 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001378	BAL ARISI	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35440	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
70 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000150	ESEK ARISI (VESPULA SPECIES)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35441	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :

LERJİ DERİ TESTİ-ALERJENLERİ ALIMI İÇİN TEKNİK
ŞARTNAME

- 1.Alerjenler standardize olmalı ve her şişenin alerjen konsantrasyonu bilinmelidir.
- 2.Pozitif ve negatif kontrol solusyonları olmalıdır.
- 3.(2-8)°C de saklanmalıdır. Üretimden itibaren miadları en az 2 yıl olmalıdır.
- 4.Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi, dozağı son kullanma tarihi, saklama koşulları, seri numarası, üretici firmanın adı yazılı olmalıdır.
- 5.T.C Sağlık Bakanlığında alınmış Türkiye'de kullanma izni olmalıdır

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	YARD. DOÇ. DR. YAKUP CANITEZ	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliğı için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
71 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001072	PLASTIK LANSET	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35442	Çocuk Alerji BD
		Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :**DERİ PRİCK TESTİ İÇİN PLASTİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sadece alerjenlerle deri prick testleri uygulaması için üretilmiş olmalıdır.
2. Lansetin ucu 1 mm uzunluğunda ve plastik veya çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
3. Lansetin ucu deri ve derialtı kokusuna zarar vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Avrupa Birliği CE belgesine sahip olmalıdır.
6. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Alerji BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Yard.Doç.Dr.Yakup Canitez	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

72 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001009	SOLUNUM FOKSIYON TESTİ CİHAZI İCİN TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35444	ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 04/02/2014

Şartname Metni :**TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Master Scope marka siprometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.4 cm uzunluğunda 2.9 cm iç çap ve 3.3 cm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.
5. İhale sonrası ürünler, bölüm tarafından ihtiyaç durumuna göre parti parti sipariş edilecektir.
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.
7. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
8. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.
9. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemedен imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler olacaktır.
10. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek,

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	ÇOCUK ALERJİ BİLİM DALI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF.DR.NİHAT SAPAN	
TARİH VE İMZA	04.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
73 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001709	CD3 -PERCP VEYA ECD	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35891	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
74 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000708	CD4 APC SISE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35892	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Beyza Aner/Prof. Dr.	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
75 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001746	CD4 -FITC	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35893	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
76 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001753	CD11A-PE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35894	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
77 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001714	CD19 -APC VEYA -PC5	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35895	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
78 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001758	CD20 -FITC	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35896	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
79 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002283	CD22 APC TEST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35897	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. H. Barbaros ORAL	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
80 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001719	CD45 -PERCP VEYA -ECD	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35898	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
81 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001766	CD58 -FITC	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35899	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
82 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002295	CD117 PE TEST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35900	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
83 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001775	HLA-DR -PE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35901	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MİKROBİYOLOJİ MERKEZ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
84 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001194	ANTI LKM TEST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	24633	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 31/07/2012

Şartname Metni :

1. Test ELISA ile çalışılmalıdır.
2. Kit ambalajında 96 test bulunmalıdır.
2. İlgili kalemlerdeki malzemeler için teklif verecek firmaların teklif ettikleri ürünlerinin daha önce laboratuvar tarafından denenmemiş veya kullanılmamış ise maliyet, verimlilik ve kalite açısından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ihale tarihinden karar vermek için yeterli bir süre önce laboratuvarında denenmesini sağlamaları gerekmektedir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof Dr Beyza Ener	
TARİH VE İMZA	31.07.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
85 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000239	DS DNA (IFA) (10X10)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35006	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	Düzenleme Tarihi : 03/01/2014

Şartname Metni :

- İndirekt immüno Floresan yöntemi ile çalışmalı ve insan serumunda dsDNA antijenine karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır.
- Kit içinde 10 adet slayt ve bu slaytların herbirinde 10 alan bulunmalı ve her bir alan bir flagellat olan Crithidia luciliae ile kaplı BIOCHIP içermelidir.
- Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller v.b.) kitin içinde bulunmalıdır.
- Çalışılan lamaların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAŞKANLIĞI	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	PROF DR BEYZA ENER	
TARİH VE İMZA	03.01.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
86 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001104	HISTOPAQUE-1077 (SIGMA 104K60429) (100 ML/SISE) (AD)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	21945	Mikrobiyoloji Merkez Labortuarı Başkanlığı
		Düzenleme Tarihi : 08/02/2012

Şartname Metni :

- İlgili kalemin isminde geçen madde ve belirtilmiş ise konsantrasyonda olmalıdır.
- Marka ve katalog numarası emsal teşkil etmesi için verilmiştir. Malzemenin aynı özelliklere sahip muadili teklife denebilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Labortuarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	08.02.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
87 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002381	LYSE/FIX BUFFER 5X (250 ML)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35903	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Beyza Ener/Prof. Dr.	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
88 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000186	CD8 APC (100 TEST/SISE)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35495	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 10/02/2014

Şartname Metni :

1. İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Beyza Ener/Prof. Dr.	
TARİH VE İMZA		

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
89 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001625	IMMUNOFİKASYON ELEKTROFOREZ İGD İCİN ANTİSERUM (IML/SİSE)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 16793	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Şartname Metni :

1. Kitler agaroz jel metoduyla serum ve idrarda immünifikasyon yapabilmek için jel, boya, antiserum ve diğer sarfları ihtiva etmelidir.
2. Kit ambalajı içeriğinde IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda antiserumları bulunmalıdır.
3. Aynı jelde aynı yürütmeye hem serum, hem de idrar immünifikasyonu yapılabilir. İdrar immünifikasyonu için idrarı konsantre etmeye gerek olmamalıdır veya gerek varsa kit içeriğinde konsantre edici madde yer almalı ya da yüklenici firma tarafından yeterli miktarda ücretsiz sağlanmalıdır..
4. Serum dilüsyonu için kitin içeriğinde üretici firma tarafından üretilmiş dilüsyon solusyonu bulunmalıdır.
5. Yüklenici firma ek olarak 200 test kapa ve 200 test lambda antiserumunu ücretsiz vermelidir.
6. Jellerde istendiği takdirde serbest kappa, serbest lambda, IgE, IgD antiserumları da aplikasyonla çalıştırılabilir.
7. Kitlerle birlikte, otomatik olarak aplikasyon, yürütme ve inkübasyon işlemlerini yapabilen bir cihaz ve cihaz ile uyumlu çalışabilen teçhizat sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara ücretsiz kurulmalı ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis verilerek işler durumda tutulmalıdır.
8. Cihaz 250V/50 Hz'de çalışabilir.
9. Cihaz çalışma esnasında tüm işlemler ekrandan takip edilebilir.
10. Tüm sistem laboratuvar koşullarına uygun olarak çalışır şekilde teslim edilmeli ve gerekli eğitimler laboratuvarımızda verilerek eğitim verilen kişi(ler) adına belge verilmelidir.
11. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım (periyodik ve arıza) /onarım/kalibrasyon gibi teknik konularda verdiği hizmetleri belgelendirmelidir.
12. Yüklenici firma cihazların kitlerin bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve oluşabilecek arıza durumlarında 24 saat içinde ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini sağlamalı. Onarım 24 saat içerisinde gerçekleşmezse yeni cihaz en geç 72 saat içerisinde laboratuvara kurulmalıdır.
13. Tüm kitler in vitro tanı amaçlı kullanım için uygun olduğunu gösteren IVD işaretli olmalı ve CE belgeleri bulunmalıdır.
14. İhaleye girecek olan firmalar ürünleri daha önceden tarafımızca denenmemişse ihaleden önce demonstrasyon yapmalıdır. İhale yapıp teklif zarfları açıldıktan sonra yapılan demonstrasyon talepleri değerlendirilmeyecektir.
15. Testin kontrol ve kalibrasyonu v.b. nedenlerden dolayı tüketilen kitler ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
16. Tekrar ve bozuk testlerden dolayı oluşan ve laboratuvarımızda tutanakla belgelenen kit ve sarf malzeme kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
17. Kitlerin miyadı teslim tarihinden itibaren (laboratuvardan farklı talep olmadığı sürece) en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma kitleri uzun miyadlı olanlarla değiştirecektir.
18. Firma teklif verdiği testlerle ilgili dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.
19. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirleriyle uyumu ve standardizasyonu için 72-74 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup toplamdaki en ucuz teklif göz önünde tutulacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
90 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
91 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001626	IMMUNOFİKASYON ELEKTROFOREZ İGE İCİN ANTİSERUM (IML/SİSE)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 16794	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/06/2011

Şartname Metni :

1. Kitler agaroz jel metoduyla serum ve idrarda immünifikasyon yapabilmek için jel, boya, antiserum ve diğer sarfları ihtiva etmelidir.
2. Kit ambalajı içeriğinde IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda antiserumları bulunmalıdır.
3. Aynı jelde aynı yürütmeye hem serum, hem de idrar immünifikasyonu yapılabilir. İdrar immünifikasyonu için idrarı konsantre etmeye gerek olmamalıdır veya gerek varsa kit içeriğinde konsantre edici madde yer almalı ya da yüklenici firma tarafından yeterli miktarda ücretsiz sağlanmalıdır..
4. Serum dilüsyonu için kitin içeriğinde üretici firma tarafından üretilmiş dilüsyon solüsyonu bulunmalıdır.
5. Yüklenici firma ek olarak 200 test kapa ve 200 test lambda antiserumunu ücretsiz vermelidir.
6. Jellerde istendiği takdirde serbest kappa, serbest lambda, IgE, IgD antiserumları da aplikasyonla çalıştırılabilir.
7. Kitlerle birlikte, otomatik olarak aplikasyon, yürütme ve inkübasyon işlemlerini yapabilen bir cihaz ve cihaz ile uyumlu çalışabilen teçhizat sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara ücretsiz kurulmalı ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis verilerek işler durumda tutulmalıdır.
8. Cihaz 250V/50 Hz'de çalışabilir.
9. Cihaz çalışma esnasında tüm işlemler ekrandan takip edilebilir.
10. Tüm sistem laboratuvar koşullarına uygun olarak çalışır şekilde teslim edilmeli ve gerekli eğitimler laboratuvarımızda verilerek eğitim verilen kişi(ler) adına belge verilmelidir.
11. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım (periyodik ve arıza) /onarım/kalibrasyon gibi teknik konularda verdiği hizmetleri belgelendirmelidir.
12. Yüklenici firma cihazların kitlerin bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve oluşabilecek arıza durumlarında 24 saat içinde ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini sağlamalı. Onarım 24 saat içerisinde gerçekleşmezse yeni cihaz en geç 72 saat içerisinde laboratuvara kurulmalıdır.
13. Tüm kitler in vitro tanı amaçlı kullanım için uygun olduğunu gösteren IVD işaretli olmalı ve CE belgeleri bulunmalıdır.
14. İhaleye girecek olan firmalar ürünleri daha önceden tarafımızca denenmemişse ihaleden önce demonstrasyon yapmalıdır. İhale yapıp teklif zarfları açıldıktan sonra yapılan demonstrasyon talepleri değerlendirilmeyecektir.
15. Testin kontrol ve kalibrasyonu v.b. nedenlerden dolayı tüketilen kitler ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
16. Tekrar ve bozuk testlerden dolayı oluşan ve laboratuvarımızda tutanakla belgelenen kit ve sarf malzeme kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
17. Kitlerin miyadı teslim tarihinden itibaren (laboratuvardan farklı talep olmadığı sürece) en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma kitleri uzun miyadlı olanlarla değiştirecektir.
18. Firma teklif verdiği testlerle ilgili dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.
19. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirleriyle uyumu ve standardizasyonu için 72-74 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup toplamdaki en ucuz teklif göz önünde tutulacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.06.2011	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
92 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**ÜÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
93 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL001208	SAS-1 İFE ANTİSERİTA KİT	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 33876	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 27/09/2013

Şartname Metni :

1. Kitler agaroz jel metoduyla serum ve idrarda immünfiksasyon yapabilmek için jel, boya, antiserum ve diğer sarfları ihtiva etmelidir.
2. Kit ambalajı içeriğinde IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda antiserumları bulunmalıdır.
3. Aynı jelde aynı yürütmeye hem serum, hem de idrar immünfiksasyonu yapılabilir. İdrar immünfiksasyonu için idrarı konsantre etmeye gerek olmamalıdır veya gerek varsa kit içeriğinde konsantre edici madde yer almalı ya da yüklenici firma tarafından yeterli miktarda ücretsiz sağlanmalıdır..
4. Serum dilüsyonu için kitin içeriğinde üretici firma tarafından üretilmiş dilüsyon solusyonu bulunmalıdır.
5. Yüklenici firma ek olarak 200 test kapa ve 200 test lambda antiserumunu ücretsiz vermelidir.
6. Jellerde istendiği takdirde serbest kapa, serbest lambda, IgE, IgD antiserumları da aplikasyonla çalıştırılabilir.
7. Kitlerle birlikte, otomatik olarak aplikasyon, yürütme ve inkübasyon işlemlerini yapabilen bir cihaz ve cihaz ile uyumlu çalışabilen teçhizat sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde laboratuvara ücretsiz kurulmalı ve kitlerin tüketimi süresince yedek parça dahil teknik servis verilerek işler durumda tutulmalıdır.
8. Cihaz 250V/50 Hz'de çalışabilir.
9. Cihaz çalışma esnasında tüm işlemler ekrandan takip edilebilir.
10. Tüm sistem laboratuvar koşullarına uygun olarak çalışır şekilde teslim edilmeli ve gerekli eğitimler laboratuvarımızda verilerek eğitim verilen kişi(ler) adına belge verilmelidir.
11. Yüklenici firma kurulacak cihazların bakım (periyodik ve arıza) /onarım/kalibrasyon gibi teknik konularda verdiği hizmetleri belgelendirmelidir.
12. Yüklenici firma cihazların kitlerin bitimine kadar laboratuvarda kalmasını ve oluşabilecek arıza durumlarında 24 saat içinde ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini sağlamalı. Onarım 24 saat içerisinde gerçekleşmezse yeni cihaz en geç 72 saat içerisinde laboratuvara kurulmalıdır.
13. Tüm kitler in vitro tanı amaçlı kullanım için uygun olduğunu gösteren İVD işaretli olmalı ve CE belgeleri bulunmalıdır.
14. İhaleye girecek olan firmalar ürünleri daha önceden tarafımızca denenmemişse ihaleden önce demonstrasyon yapmalıdır. İhale yapıp teklif zarfları açıldıktan sonra yapılan demonstrasyon talepleri değerlendirilmeyecektir.
15. Testin kontrol ve kalibrasyonu v.b. nedenlerden dolayı tüketilen kitler ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
16. Tekrar ve bozuk testlerden dolayı oluşan ve laboratuvarımızda tutanakla belgelenen kit ve sarf malzeme kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
17. Kitlerin miyadı teslim tarihinden itibaren (laboratuvardan farklı talep olmadığı sürece) en az 6 ay olmalıdır. Son kullanma tarihinden en az 2 ay önce firmaya haber verilmek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma kitleri uzun miyadlı olanlarla değiştirecektir.
18. Firma teklif verdiği testlerle ilgili dış kalite kontrol programı üyeliğini sağlamalı; dış ve iç kalite kontrol çalışmaları için harcanacak sarf malzemelerini ücretsiz olarak temin etmelidir.
19. Sistemlerin ve test sonuçlarının birbirleriyle uyumu ve standardizasyonu için 60-62 no.lu tüm malzemelere teklif veren firmalar arasında değerlendirme yapılacak olup toplamdaki en ucuz teklif göz önünde tutulacaktır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvar Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof.Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	27.09.2013	



UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa

94 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

(* İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
95 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000135	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A+B TEST KİTİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 24607	Mikrobiyoloji Merkez laboratuvarı Başkanlığı	Düzenleme Tarihi : 30/07/2012

Şartname Metni :

Clostridium difficile toksin test kiti

1. Kit içerisinde C. difficile DNA sında Toksin B, Binary Toksin ve 027 ribotipi multiplex olarak bakılmalıdır.
2. Kitler doğrudan sıvı gaita ile çalışmaya uygun olmalıdır.
3. Kartuş içerisinde amplifikasyonun doğru şekilde gerçekleştiğini kontrol eden PCR kontrolü bulunmalıdır.
4. İzolasyon, amplifikasyon ve tespit işlemleri için ekstra reaktiflere duyulmamalı, tüm gerekli reaktifler kit içerisinde bulunmalıdır.
5. Kitler doğrudan hasta numunesinden çalışmalı ve 1 saat içerisinde sonuç vermeye uygun olmalıdır.
6. Kitler her bir test için bir kartuş şeklinde olmalıdır.
7. DNA izolasyonu, hedef DNA amplifikasyonu ve tespiti tek bir kartuşun içerisinde yapılmalıdır.
8. Kitler oda sıcaklığında saklanabilmelidir
9. Kitler GeneXpert Sistem 2. Jenerasyon Real Time PCR yöntemi ile çalışan cihaz ile çalışmaya uygun olmalıdır ve cihaz laboratuvara kurulmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Mikrobiyoloji Merkez laboratuvarı Başkanlığı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyza ENER	
TARİH VE İMZA	30.07.2012	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
96 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002303	ROTA VIRUS ANTİJEN TEST KİTİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	33482	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 23/08/2013

Şartname Metni :

Rotavirus Antijen Test Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit hem rota hem de adenovirus çalışmaya uygun olmalıdır
2. Kit kalitatif değerlendirmeye uygun olmalıdır.
3. Test kromatografik immunassay yöntemi ile çalışmalıdır.
- 4 Kit tek hasta örneğini çalışmalıdır.
5. Hızlı sonuç vermelidir.
6. Kitin duyarlılığı ve özgüllüğü %95'in üzerinde olmalıdır.
7. Kitle beraber sulandırıcı, aktarım için gerekli ekipman ve benzeri malzeme yeter sayı ve miktarda teslim edilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar Başkanlığı
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof Dr Beyza Ener
TARİH VE İMZA	23.08.2013

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
97 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL000152	ALBUMIN TEST	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35505	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 10/02/2014

Şartname Metni :

1. Kit, Siemens BN II sisteminde çalışmaya uygun olmalıdır.
- 2.(2 ml) ambalajda 50 test çalışılabilir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Beyza Ener/Prof. Dr	
TARİH VE İMZA	10.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
98 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002382	PERM BUFFER II (125 ML/SISE)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35902	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 05/03/2014

Şartname Metni :

Perm Buffer II

1. 125 ml ambalajda olmalıdır
2. Hücre içi çalışmasına uygun olmalıdır
3. PE konjuge BTK reaktifi ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır
4. PE florokrom ile konjuge olmalıdır
- 5.İlgili malzeme laboratuvarımızda halen bulunan Beckman Coulter marka Navios cihazı ile uyumlu , bu cihazda çalışabilir nitelikte olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyza Ener	
TARİH VE İMZA	05.03.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
99 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002383	IMMUNOFIKSASYON ELEKTROFOREZ OLİGANAL BANT (BOS) (TEST)	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu : 35534	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 11/02/2014

Şartname Metni :

Oligoklonal bant elektroforezi kitine ilişkin özellikler

1. Kit agaroz jel elektroforez tekniği ile çalışmalı, tampon yanısıra çalışma için gerekli olan boya, antikor vb sarf öalezemeleri de içermelidir
2. Kitin yöntemi izoelektrik odaklama prensibine dayanmalı, aynı plakta BOS ve serum örnekleri birlikte çalışılmalıdır
3. Her bir plakta en çok 6 hastanın BOS ve serum örnekleri çalışılmalıdır
4. Kit ve raf ömrü olan sarf malzemeleri teslim tarihinde en az 1 yıl kullanım süresine sahip olmalıdır, Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalmış kitler, önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun ömürlü olanlar ile değiştirilmelidir
5. Çalışma sırasında bozuk olduğu için uygun sonuç vermeyen kitler yenileri ile değiştirilmelidir
6. Transport ve teslimat öncesi kötü koşullarda saklanan kitlerde hatalardan firma sorumludur. Bu tür durumlarda ilgili firma kendilerine yapılacak yazılı başvuru doğrultusunda 15 gün içerisinde ilgili kitleri yenileri ile değiştirmelidir. Kitlerin çalışması için gerekli olabilecek tüm malzeme ve gereçler firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merke Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyza Ener	
TARİH VE İMZA		

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gereklere

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
100 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002384	GRAM BOYAMA TESTİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35535	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 11/02/2014

Şartname Metni :

Gram Boyama Sistemi

1. Cihaz otomatik olarak Gram boyama işlemi yapabilmelidir
2. Cihaz spray püskürtme yöntemi,daldırma yöntemi ile her bir preparata eşit miktarda boya püskürtebilmelidir
3. Kristal viyole, lugol, alkol, distile su, ve fuksin için ayrı bidonlarda sıvı çekebilmelidir.
4. Sistem aynı anda en az 12 preperatı boyayabilmelidir. Alkol ile fiksasyonda veya fiksasyon yapılmadan 4-8 dk arasında işlem tamamlanmalıdır.
- 5.Kullanıcı tarafından belirlenebilen 9 dekolorizasyon ayarı bulunmalıdır
6. teklif edile boyalar kullanıma hazır olmalı ve otomatize sistemle uyumlu olmalıdır.
7. Kullanılan boyalar otomatize sistem ile uyumlu olmalıdır, kit prospektüsünde bu uygunluk belgelenmelidir
8. Son kullanma tarihine kadar boyalarda çökme olmamalıdır
9. Boyaların kalite kontrol suşları kullanılarak manuel yöntem ile benzer tutarlı sonuçlar vermeli, bu bilgi prospektüsünde belgelenmelidir.
10. Çıkılan test sayısına yeterli miktarda boya teslim edilecektir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyza Ener	
TARİH VE İMZA	11.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-PLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
101 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002385	TOLUIDINE BLUE	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)	
Şartname Kodu	35536	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Düzenleme Tarihi : 11/02/2014

Şartname Metni :

Toluidine Blue O

1. Formül: C₁₅H₁₆N₃S.Cl
2. Mol ağırlığı: 305.83 g/mol
3. Toz halinde olmalıdır
4. Kimyasal içerikleri ambalaj üzerinde gösterilmelidir
5. Firma Data-Shetleri ve analiz sertifikalarını birlikte sunmalıdır
6. 10 gr lık şişede olmalıdır.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Prof. Dr. Beyza Ener	
TARİH VE İMZA		

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri

**UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ**

Dok.Kodu : FR-YLY-04

İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 2008

Sayfa
102 / 102

Rev. No : 00

Rev.Tarihi :

Malzeme Kodu : JENL002040	KAN KETONE STRİBİ	SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*)
Şartname Kodu	35459	Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
		Düzenleme Tarihi : 05/02/2014

Şartname Metni :**FREESTYLE OPTİMUM H B-KETONE STRİBİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1.Kan keton stribi, Beta Hidroksibütrik asiti ölçmelidir.
- 2.Sistem kan ketonu ölçümünü kapiller tam kandan yapabilmelidir.
- 3.Kan ketonu ölçümü için en fazla 1,5 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.
- 4.Kan keton ölçüm aralığı 0.0-8.0 mmol/l olmalıdır. Hematokrit aralığı %30--%60 olmalıdır.
- 5.Sistem 10 sn içinde kan keton değerini verebilmelidir. 30 sn içinde ikinci kan damlası uygulasyonu yapılabilmelidir.
- 6.Stripler, ürik asit, askorbik asit (C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metabolitlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir. Yani interferans etkilere kapalı olmalıdır.
- 7.Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazın dışında yapılabilmelidir.
- 8.Stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatalı ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani bu bölge dokunulabilir olmalıdır.
- 9.Kullanılan striplerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir.
- 10.Strip ile kullanılacak olan ölçüm cihazı otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.
- 11.Strip ile teklif edilecek ölçüm cihazında geniş bir hafıza kapasitesi olmalı (>400) ve gerektiğinde günlük, haftalık veya aylık rapor alınabilmelidir.

SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM	Çocuk Metabolizma BD	
SATINALMA BİLGİSİNİ OLUŞTURAN AD/BD/BİRİM SORUMLUSU	Doç.Dr.Halil Sağlam	
TARİH VE İMZA	05.02.2014	

(*) İstek yapılan hizmet, demirbaş/sarf malzeme ile ilgili Satın Alma Bilgisi (Şartname) bu bölümde belirtilir. Gerekli görülür ise bu bölümde kaç sayfadan oluştuğunun belirtilmesi ve her sayfanın imzalanması kaydı ile satın alma bilgisi bu forma eklenebilir.

Satın Alma Bilgisi oluşturulurken satın alınacak ürünün özellikleri ve taşınması gereken şartlar açıklanır ve uygun olduğu yerde aşağıdakileri içermelidir.

- Ürün onayı, Prosedürler, Süreç ve Donanım için şartlar
- Personelin niteliği için şartlar
- Kalite yönetim şartları
- Hizmetin tanımı ve gerekleri